



Artikelnummer	010185
Prijs excl. BTW	€ 9,51
Prijs incl. BTW	€ 11,51
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Surecan Safety II is een veiligheidsnaald voor poortkatheters, hoge druk bestendig.

Optimaal comfort van zowel de gebruiker als de patiënt

Het unieke design van Surecan Safety II zorgt voor een optimaal comfort van zowel de gebruiker als de patiënt. De veiligheidsnaald is geïndiceerd voor maximaal zeven dagen infusie van chemotherapie, antibioticatherapie, transfusie en voor bloedafname en parenterale voeding. De veiligheidsnaald kan ook worden gebruikt voor injectie van contrastvloeistof onder hoge druk tot 325psi.

Het intuïtieve veiligheidsmechanisme Surecan Safety II

Door het intuïtief bedienbare veiligheidsmechanisme voldoet de Surecan Safety II aan de TRBA 250-eisen en biedt een hoog beschermingsniveau tegen prikaccidenten. De canule met zijn speciale slijping maakt eenvoudig inbrengen mogelijk zonder ponseffect en het opnieuw sluiten van het septum na verwijdering. De activatie van het veiligheidssysteem wordt visueel bevestigd door een groen punt (zie foto)

Voordelen van de Surecan Safety II veiligheidsnaald

• Geschikt voor langdurige infusies • Intuïtief veiligheidsmechanisme • Laag profiel • Absorberende foamlag voor optimaal patiëntcomfort • Transparante bevestigingsplaat vergemakkelijkt de vroegtijdige opsporing van infecties • Veilige en stevige grip door flexibel, ergonomisch vleugelontwerp • Verlengslang met klem • Moeiteloze verwijdering van de naald • Activering van het veiligheidsmechanisme met akoestisch en visueel signaal

Kenmerken van deze veiligheidsnaald

• Niet-stansend • Drukbestendig tot 22,4 bar (325 psi) • Met speciale slijping • Voldoet aan de TRBA 250-eisen • Voldoet aan de veiligheidseisen van EU-richtlijn 2010/32/EU • Beperkt MRT-veilig • Latex- en DEHP-vrij • Slanglengte (van canule tot connector): 190 mm (+/- 10 mm) • Surecan Safety II is verkrijgbaar in verschillende formaten • Afzonderlijk steriel verpakt [Bekijk hier ook onze spoelsets en afkoppelingsets voor poortkatheters](#)

Waarschuwing voor injectie met hoog debiet/vermogen:

- Controleer altijd of de geïmplanteerde toegangspoort stroom injecteerbaar is.
- Controleer altijd of de poort en katheter functioneren door 2 ml bloed op te zuigen in een injectiespuit en 5 ml natriumchloride (NaCl) 0,9% in de poort/katheter te injecteren. Of natriumchloride (NaCl) 0,9% in de poort/katheter te injecteren voordat u probeert een medicatie-infuus te starten.
- Overschrijd de aanbevolen druk (325 psi - 22,4 bar) en maximale stroomsnelheid van de toegangspoort niet, omdat het apparaat defect kan raken.
- Contrastvloeistof moet voor gebruik worden opgewarmd tot 37°C (98,6°F). Doet u dit niet, dan kan de stroomsnelheid tot 50% lager zijn en/of uw apparaat defect raken.